

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na**

**Dostawę i montaż wyposażenia stomatologicznego dla  
gabinetu stomatologicznego.**

### **ZAMAWIAJĄCY:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"TECHNODENT" Maria Kostusiak,

ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

NIP: 775-106-44-35;      REGON – 610145953

Łęczyca, 13 styczeń 2011 r

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa.**



## I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TECHNODENT" Maria Kostusiak, ul. Jana Kilińskiego 4,  
99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, NIP: 775-106-44-35; REGON: 610145953 Tel:602 137 222;  
Fax:024/721 67 69; adres e-mail: [bkost@op.pl](mailto:bkost@op.pl); adres strony internetowej zamawiającego:  
[www.stomatologianaksiezymmlynie.pl](http://www.stomatologianaksiezymmlynie.pl)

## II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dokumentem „Zasady udzielania zamówień, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.”

## III. Tytuł projektu, który Zamawiający realizuje w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ

*Podniesienie konkurencyjności firmy „Technodent” poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia i wdrożenie nowych usług.*

## IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

**Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.  
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.**

## V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest **Dostawa i montaż wyposażenia stomatologicznego dla gabinetu stomatologicznego w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 16.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

## VI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

## VII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości zamówień uzupełniających.

## VIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiada oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości oferty wariantowej.

## IX. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie **od 18.04.2011r. do 24.04.2011 r.**

## X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- 1.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

- A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie - **zgodnie z załącznikiem nr 3.1;**
- B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – **wg załącznika nr 3.2;**
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;

#### **XII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie (przesyłką kurierską/osobiście)

Adres e-mail Zamawiającego: **bkost@op.pl**

Adres kontaktowy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TECHNODENT" Maria Kostusiak, ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca

2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.
3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:  
**Maria Kostusiak, Tel. Kom. 602 137 222, e-mail: bkost@op.pl**
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

#### XIV. Termin związania z ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. **Na ofertę składają się:**
  - a. Wypełniony Formularz Oferty **wg załącznika nr 1**;
  - b. Wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –**wg załącznika nr 2**;
  - c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - **zgodnie z załącznikiem nr 3.1**;
  - d. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – **wg załącznika nr 3.2**;
  - e. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa).
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7. Oferta powinna być sporządzona:
  - w języku polskim,
  - oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach,
  - każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.
8. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
  - danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
  - napisem: „Przetarg nieograniczony – Dostawa wyposażenia stomatologicznego”
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert.
12. O wycofaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie.
13. Zmianę oferty Wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
  - danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
  - napisem: „Zmiana oferty - przetarg nieograniczony - Dostawa wyposażenia stomatologicznego”
14. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
15. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
16. Otwarcie ofert jest jawne.
17. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
18. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
19. Informacje, o których mowa w pkt 17 i 18, przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

## **XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy , przy. ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczycza

1. W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty przez pocztę do siedziby Zamawiającego.
2. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.01.2011 r. o godz. 16.30**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2011 r. o godz. 17.00** w siedzibie Zamawiającego tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TECHNODENT" Maria Kostusiak, ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczycza



## **XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. **Cenę oferty należy podać w formie ceny łącznej za wszystkie elementy wyposażenia, oraz w podziale na poszczególne elementy wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 1**
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy).
4. Cena oferty musi być podana w PLN lub EURO cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca poda w formularzu ofertowym (po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów) wartość netto podatek VAT i wartość brutto.
6. W przypadku ceny podanej w EURO, Zamawiający do oceny oferty dokona przeliczenia ceny podanej w EURO na cenę w PLN wg średniego kursu NBP w dniu otwarcia ofert.
7. **Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.**

## **XVIII. Warunki płatności**

Zamawiający przewiduje n/w warunki płatności:

1. I rata (zaliczka) – po podpisaniu umowy - maksymalnie do 25% wartości zamówienia.
2. II rata – po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia

## **XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

### **1.1 Kryterium 1 Cena – ranga 70%, obliczana jest wg wzoru:**

$$A = (C_{min}/C_n) \times 0,7 \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C<sub>min</sub> – cena najniższa, C<sub>n</sub> – cena badana

### **1.2 Kryterium 2 Warunki płatności - ranga 15%, obliczana wg wzoru:**

B=15[pkt] jeśli Rata I płatności (zaliczka) będzie równa 0%

B=10[pkt] jeśli Rata I płatności (zaliczka) będzie z przedziału od 0,01% do 20,00%

B= 5[pkt] jeśli Rata I płatności (zaliczka) będzie z przedziału od 20,01% do 25,00%

### **1.3 Kryterium 3 Warunki Gwarancji – ranga 15%, obliczana wg wzoru**

C= 15[pkt], jeżeli na każdy element wyposażenia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji

C= 10[pkt], jeżeli na każdy element wyposażenia Wykonawca udzieli minimum 18 miesięcznej gwarancji

C= 5[pkt], jeżeli na każdy element wyposażenia Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji

C= 0[pkt], jeżeli na jakikolwiek element wyposażenia Wykonawca udzieli gwarancji poniżej 12 miesięcy

2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która uzyska największą sumę punktów **A + B+ C** wg kryteriów opisanych w ust. 1.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu wykonania, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

## **XX. Wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

1. Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## **XXI. Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
3. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

## **XXII. Badanie ofert**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców złożenie, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - a. oczywiste omyłki pisarskie,
  - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **XXIII. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1. Nie została złożona żadna oferta;
2. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego;
3. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

## **XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

**XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę**

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji.
2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 dopuszczalne są jedynie w przypadku:
  - a. gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

**XXVI. Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> KC.

**Do specyfikacji dołączono:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3.1 – Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4. Załącznik nr 3.2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

## Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa i siedziba Wykonawcy .....

.....

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....

Nr tel: ..... Fax: ..... e-mail: .....

REGON: ..... NIP: .....

**Do: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TECHNODENT" Maria Kostusiak,  
ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca**

1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż wyposażenia stomatologicznego dla gabinetu stomatologicznego - oferujemy wykonanie zamówienia w **cenie łącznej:**

..... zł brutto, w tym ..... zł podatek VAT

słownie złotych brutto:

.....

.....

2. Specyfikacja szczegółowa cen wyposażenia:

Ip.	Rodzaj wyposażenia	Ilość	Cena netto	Vat	Cena brutto
1	Unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem – typ 1	3			
2	Unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem – typ 2	1			
3	Stomatologiczna kolumna montażowa	1			
4	Szybkozłączka	4			
5	Krzesło stomatologiczne dla lekarza i asysty	8			
6	Stomatologiczna pompa ssąca – typ 1	1			
7	Stomatologiczna pompa ssąca – typ 2	1			
8	Kompresor stomatologiczny z osuszaczem membranowym	2			
9	Laser stomatologiczny typ 1	1			
10	Laser stomatologiczny typ 2	1			
11	Mikroskop - typ 1	3			
12	Mikroskop - typ 2	1			

13	Tomograf	1			
14	Aparat pantomograficzny	1			
15	Aparat do radiografii cyfrowej	3			
16	Aparat do znieczulania	1			
	<b>Razem:</b>	<b>33</b>			

### 3. Oferujemy warunki płatności:

Rata I (zaliczka)- .....%, Rata II - .....%,

### 4. Minimalny okres gwarancji na wszystkie elementy wynosi .....

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z **załączonym wzorem umowy** i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „**POUFNE**” niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....  
miejsowość, data

.....  
(podpis z pieczętką imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

## Załącznik nr 2

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Rodzaj urządzenia	Ilość	Wymagane parametry	Parametry oferowanego urządzenia	Typ i rodzaj oferowanego urządzenia
1	Unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem – typ 1	3	<p>1. System higieny umożliwiający ciągłe przepłukiwanie filtrów ssaka i ślinociągu w trakcie pracy urządzeń, oraz dezynfekcję wody mającej kontakt z pacjentem;</p> <p>2. Możliwość wyposażenia w system higieny umożliwiający wychwytywanie i separację amalgamatu z ust pacjentów bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń;</p> <p>3. Duplikowanie podstawowych funkcji na panelu umożliwiające jednoczesną pracę stomatologa i asystenta;</p> <p>4. Pulpit lekarza wyposażony w panel dotykowy oraz w min. 5 instrumentów:</p> <p>- 1 unit – 1xskaler, 1xturbina, 1xmikrosilnik bezszczotkowy z kątnicą 1:1, 1xmikrosilnik bezszczotkowy zintegrowany z kątnicą przyspieszającą, 1x dmuchawka trzyfunkcyjna</p> <p>- 2 unity – 2xturbina, 1xmikrosilnik bezszczotkowy z kątnicą 1:1, 1xmikrosilnik bezszczotkowy zintegrowany z kątnicą przyspieszającą, 1xdmuchałka trzyfunkcyjna</p> <p>5. Pulpit asysty wyposażony w panel dotykowy umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami fotela i instrumentów, oraz wyposażony w min. 4 instrumenty: 1xślinociąg, 1xssak, 1xdmuchałka trzyfunkcyjna, 1xlampe polimeryzacyjna;</p> <p>6. Parametry minimalne turbin: głośność max. 58dB, moc min. 19W</p> <p>7. Górny montaż rękawów;</p> <p>8. Kamera wewnętrzna;</p> <p>9. Możliwość zastosowania metody strumieniowościernej opartą na działaniu piaskarki abrazyjnej do opracowania ubytków;</p> <p>10. Wbudowany system zapobiegający zasysaniu wtórnemu do końcówek zakażonych płynów z jamy ustnej pacjenta;</p> <p>11. Wyposażenie w system umożliwiający awaryjne wyłączenie podciśnienia w układzie ssania;</p> <p>12. Możliwość zastosowania szybkozłączki;</p> <p>13. Wielofunkcyjny sterownik nożny umożliwiający regulację pracy urządzeń stomatologicznych oraz położenia fotela;</p> <p>14. Monitor do przeglądania zdjęć z RTG i kamery wewnętrznej o przekątnej 17", zasilany zasilaniem bezpiecznym;</p> <p>15. Możliwość demontażu uchwytów na instrumenty oraz elementów bloku spluwaczki w celu dezynfekcji;</p> <p>16. Zintegrowane wsparcie dla lędźwiowej części kręgosłupa oraz możliwość regulacji odległości siedziska od oparcia</p> <p>17. Możliwość podłączenia kątnicy przyspieszającej;</p>		
2	Unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem – typ 2  (Specjalistyczny unit)	1	<p>1. System higieny umożliwiający ciągłe przepłukiwanie filtrów ssaka i ślinociągu w trakcie pracy urządzeń, oraz dezynfekcję wody mającej kontakt z pacjentem;</p> <p>2. Możliwość wyposażenia w system higieny umożliwiający wychwytywanie i separację amalgamatu z ust pacjentów bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń;</p>		

	<p>stomatologiczny do przeprowadzania wszelkiego rodzaju zabiegów, w tym skomplikowanych zabiegów i zabiegów znieczuleniu ogólnym.)</p>	<p>3. Blok filtrów wodnych posiadający funkcję ciągłej dezynfekcji wody mającej kontakt z pacjentem;</p> <p>4. Otwarta przestrzeń pod fotелем pacjenta – fotel zawieszony na bloku spluwaczki;</p> <p>5. Możliwość podniesienia fotela na wysokość do min. 90 cm;</p> <p>6. Możliwość opuszczenie fotela do 35 cm;</p> <p>7. Możliwość ruchu fotela w pozycji horyzontalnej – min. 20cm;</p> <p>8. Automatyczne ustawienia fotela wg zaprogramowanych i zapamiętanych konfiguracji;</p> <p>9. Aluminiowa konstrukcja unitu, zwiększająca wytrzymałość i redukująca ciężar urządzenia;</p> <p>10. Możliwość zapamiętania parametrów pracy lekarza dla min. 5 użytkowników;</p> <p>11. Pulpit lekarza wyposażony w min. 7 instrumentów, w tym: 1xmikrosilnik bezszczotkowy z kątnicą 1:1, 1xmikrosilnik bezszczotkowy zintegrowany z kątnicą przyspieszającą, 1xfizjodispenser implantologiczny, 2xturbina na szybkozłączkę, 1xdmuchałka wielofunkcyjna; 1x zintegrowana kamera wewnątrzustna</p> <p>12. Rozwinięty pulpit asysty wyposażony w panel dotykowy umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami fotela i instrumentów, oraz wyposażony miejsce na min. 5 instrumentów i min. 4 instrumenty: 1xślinociąg, 1xssak, 1xdmuchałka trzyfunkcyjna, 1xlampka polimeryzacyjna;</p> <p>13. Możliwość podłączenia kątnicy przyspieszającej;</p> <p>14. Wyposażenie w system umożliwiający awaryjne wyłączenie podciśnienia w układzie ssania</p> <p>15. Monitor do przeglądania zdjęć z RTG i kamery wewnątrzustnej o przekątnej min. 17", zasilany zasilaniem bezpiecznym</p> <p>16. Możliwość zastosowania szybkozłączki;</p> <p>17. Złącze USB na pulpicie lekarza i asysty dla przyszłych urządzeń;</p> <p>18. Wielofunkcyjny bezprzewodowy sterownik nożny umożliwiający regulację pracy urządzeń stomatologicznych (w tym funkcje mikrosilnika implantologicznego) oraz położenia fotela;</p> <p>19. Możliwość wyposażenia w system multimedialny, który umożliwia połączenie w jeden system urządzeń peryferyjnych wewnątrz unitu;</p> <p>20. Zintegrowane wsparcie dla lędźwiowej części kręgosłupa oraz możliwość regulacji silnikiem elektrycznym odległości siedziska od oparcia;</p>		
3	<p><b>Stomatologiczna kolumna montażowa</b></p> <p>(Umożliwia stabilne podwieszenie szerokiej gamy urządzeń dodatkowych przy unie, lub w dowolnym miejscu gabinetu stomatologicznego.)</p>	<p>1</p> <p>1. Pełna kompatybilność z unitami opisanymi powyżej;</p> <p>2. Mocowanie podlogowe i sufitowe;</p> <p>3. Stabilna konstrukcja;</p> <p>4. Możliwość modyfikacji/rozbudowy konfiguracji kolumny bez konieczności jej demontażu</p>		
4	<p><b>Szybkozłączka</b></p>	<p>4</p> <p>1. Wszystkie instrumenty zakupionych unitów powinny pasować do jednego typu szybkozłączek, co oznacza dla lekarza wygodę w pracy różnymi instrumentami w zależności od wskazań klinicznych, oraz możliwość dowolnego rozbudowywania wyposażenia praktyki w końcówki;</p> <p>2. Złączka powinna umożliwiać obrót instrumentów o 360°;</p>		

			3. Szybkozłączka powinna pozwalać na podłączenie min do:	
			• Wszystkich turbin;	
			• Skalera do usuwania złożeń nazębnych;	<input type="checkbox"/>
			• Piaskarki do opracowywania ubytków metodą abrazji powietrznej;	<input type="checkbox"/>
			• Piaskarki do profesjonalnego oczyszczania zębów;	<input type="checkbox"/>
			• Urządzenia do usuwania prac protetycznych w ustach pacjenta (korony, mostów, prace tymczasowe);	<input type="checkbox"/>
5	Krzesło stomatologiczne dla lekarza i asysty	8	1. Anatomicznie ukształtowane siedzenie i oparcie;	
			2. Mechanizm synchronicznej regulacji siedziska i oparcia;	
			3. Regulowane oparcie: dostosowywanie się oparcia do różnych konturów ciała, możliwość regulacji w pionie;	
			4. Efektywne podparcie części lędźwiowej kręgosłupa;	
			5. Regulacja nachylenia siedziska;	
			6. Możliwość regulacji wysokości siedziska za pomocą sterownika nożnego;	
6	Stomatologiczna pompa ssąca – typ 1	1	1. Pompa ssąca systemu suchego	
			2. Pompa przeznaczona do pracy na minimum 1 stanowisku roboczym;	
			3. Zgodność pompy z unitami opisanymi powyżej;	
			4. Moc min. 0,5 kW	
			5. Głośność max. 63 dB	
7	Stomatologiczna pompa ssąca – typ 2	1	1. Pompa ssąca systemu suchego	
			2. Pompa przeznaczona do pracy równocześnie na minimum 3 stanowiskach roboczych;	
			3. Zgodność pompy z unitami opisanymi powyżej;	
			4. Moc min. 1,5 kW	
			5. Głośność max. 65 dB	
8	Kompresor stomatologiczny z osuszaczem membranowym	2	1. Kompresor systemu suchego.	
			2. Jeden kompresor przeznaczony do pracy dla minimum dwóch foteli dentystycznych;	
			3. Zastosowanie rozwiązania bezolejowego minimalizującego potrzeby konserwacyjne tylko do wymiany filtrów;	
			4. Okres wymiany filtrów nie częściej niż 1 raz na rok;	
			5. Wyposażenie dodatkowe w osuszacz;	
			6. Pojemność 15-30 l;	
			7. Wydajność min. - 130 l/min.;	
			8. Ciśnienie - min. 5 bar;	
			9. Głośność max. 70 dB	
			10. Zgodność kompresora z unitami opisanymi powyżej;	
9	Laser stomatologiczny - typ 1 (Laser o bardzo szerokim zastosowaniu dentystycznym)	1	1. Rodzaj lasera - erbowo-yagowy;	
			2. Wykorzystanie elastycznego światłowodu do połączenia urządzenia z końcówką lasera;	
			3. Możliwość wykorzystania lasera do stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, periodontologii, dermatologii i kosmetyki;	
			4. Możliwość pełnej regulacji mocy impulsu lasera do 600 mJ;	

	przeznaczony do częstych zabiegów dentystycznych.)		5. Technologia sprzężenia zwrotnego, która umożliwia automatyczną aktywację lasera tylko w miejscu występowania próchnicy oraz gwarantująca zaprzestanie pracy lasera po usunięciu wszystkich chorych tkanek lub złogów kamiennych;	
			6. Sterownik nożny;	
			7. Przyłącze - 230V;	
10	Laser stomatologiczny – typ 2 (Laser o szerokim zastosowaniu dentystycznym przeznaczony przede wszystkim do pracy na tkankach miękkich.)	1	1. Rodzaj lasera – diodowy;	
			2. Niewielkie i ergonomiczne rozmiary umożliwiające przenoszenie pomiędzy poszczególne unity dentystyczne;	
			3. Wykorzystanie światłowodu do połączenia urządzenia z końcówką lasera;	
			4. Długość światła 980 nm;	
			5. Moc min. 7 Watt ciągła, min. 12 Watt impuls (na szczycie światłowodu);	
			6. Zastosowanie lasera do chirurgii stomatologicznej, dezynfekcji i sterylizacji tkanek, wybielania, kształtowania linii dźwięka;	
			7. Ekran dotykowy do sterowania;	
			8. Wbudowane oprogramowanie zabiegowe;	
			9. Przyłącze - 230V;	
11	Mikroskop – typ 1 (Kompaktowy mikroskop diagnostyczno-operacyjny.)	3	1. 5 – stopniowy zmieniacz powiększeń;	
			2. Obiektyw główny mikroskopu o ogniskowej 250mm, z możliwością wymiany z zakresu 200 do 400 mm;	
			3. Regulacja natężenia oświetlenia;	
			4. Pokrętko mikroostrości;	
			5. Tubus ukośny;	
			6. Zintegrowane filtry;	
			7. Możliwość wyposażenia w zintegrowaną kamerę video, podgląd asystencki, endoport, tubus uchylny;	
			8. Możliwość instalacji na statywie jezdnym, ściennym lub sufitowym;	
12	Mikroskop – typ 2 (Specjalistyczny mikroskop operacyjny.)	1	1. Duży zakres zmiennej zmotoryzowanej ogniskowej - Varioskop®;	
			2. Hamulce elektromagnetyczne dla głowicy i statywu mikroskopu;	
			3. Zintegrowane oświetlenie ksenonowe lub halogenowe;	
			4. Wszystkie funkcje (zoom, focus, natężenie oświetlenia, hamulce elektromagnetyczne) sterowane z uchwytów na głowicy mikroskopu;	
			5. Elektromotoryczny system zoom;	
			6. Tubus uchylny 180 stopni;	
			7. Optyka apochromatyczna;	
			8. Szeroka baza stereoskopii dla uzyskania dobrej orientacji przestrzennej w polu operacyjnym;	
			9. Zintegrowany w statywie pulpit sterowniczy - ekran dotykowy;	
			10. Zestaw filtrów wprowadzanych w drogi optyczne mikroskopu;	
			11. Możliwość doposażenia systemu o podgląd asystencki, zintegrowaną w głowicy kamerę cyfrową;	
			12. Możliwość doposażenia o funkcję autofocus;	
13	Tomograf (Urządzenie do wykonywania)	1	1. Typ tomografu – RTG, 3d, o wiązce stożkowej;	
			2. Siedząca pozycja pacjenta;	
			3. Czas skanu - max 10s.;	

	trójwymiarowych zdjęć rentgenowskich.)		<p>4. Czas rekonstrukcji 3d – max 20s.;</p> <p>5. Rozmiar ogniska max. 0,5mm;</p> <p>6. Rozdzielczość - min. 14 pl/cm (dla voxela 0,2mm)</p> <p>7. Możliwość regulacji rozmiaru voxella od 0,4mm do 0,125 mm</p> <p>8. Możliwość skanowania promieniami RTG tylko wybranej części głowy pacjenta -tryby pracy: - standardowy (8,5x8,5cm) – obejmuje oba łuki żębowe; - rozszerzony EDS (14x8,5cm) – obejmuje dodatkowo stawy żuchwowe i zatoki;</p> <p>9. 360° skan 3D budowy anatomicznej szczęki, żuchwy i zatok;</p> <p>10. Możliwość wykonywania poprzecznych przekrojów szczęki i żuchwy pod dowolnym kątem;</p> <p>11. Możliwość przełączania urządzenia pomiędzy trybami 3D i 2D;</p> <p>12. W komplecie oprogramowanie do przeglądania i przesyłania danych obrazowych, które można bezpłatnie instalować w gabinetach współpracujących;</p> <p>13. Kompatybilność z standardem DICOM 3 umożliwiającą łatwy eksport zdjęć do innych aplikacji;</p> <p>14. Możliwość skompresowania zdjęć i wysyłania do innych specjalistów;</p> <p>15. Oprogramowanie w polskiej wersji językowej;</p>	
14	Aparat pantomograficzny  (Kompaktowy aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych bezpośrednio do pamięci komputera.)	1	<p>1. Typ aparatu – RTG, Cyfrowy;</p> <p>2. Rozmiar ogniska – max 0,4mm;</p> <p>3. Rozdzielczość – min. 10,4 pl/mm</p> <p>4. Napęd głowicy – zmienny tor ruchu głowicy dzięki zastosowaniu napędu wielosilnikowego;</p> <p>5. Zakres wykonywanych zdjęć – panoramiczne standardowe, panoramiczne dziecięce, projekcja stawów skroniowo-rzuchwowych;</p> <p>6. Czas ekspozycji – max 12s.;</p> <p>7. Wykonywanie zdjęć cyfrowych w czasie rzeczywistym z pominięciem wywoływania klisz;</p> <p>8. Niska dawka promieniowania pochłanianego przez pacjenta – średnio 5uSv/badanie;</p> <p>9. Zastosowanie laserowych linii ułatwiających dokładnie pozycjonowanie położenia pacjenta;</p> <p>10. Możliwość dystrybucji obrazów na wiele stanowisk - praca urządzenia w sieci LAN;</p>	
15	Aparat do radiografii cyfrowej  (Zestaw urządzeń służących do uzyskania obrazu RTG na monitorze komputera bez konieczności użycia klasycznego filmu).	3	<p>1. Rozdzielczość obrazu - min 25 par linii/milimetr;</p> <p>2. Ergonomiczny kształt czujnika zgodny z anatomią jamy ustnej;</p> <p>3. Spełniający wymogi bezpieczeństwa Class II Medical Device;</p> <p>4. Niska dawka promieniowania dzięki krótkim czasom naświetlania (poniżej 80 ms);</p> <p>5. Trwałość czujnika – min. 2 lata;</p> <p>6. Zgodność czujnika z łączem USB 2;</p> <p>7. Rentgen punktowy o następujących parametrach – Rozmiar ogniska – max 0,4mm; – wysięg – min. 180 cm - dodatkowy panel sterujący na głowicy umożliwiający kontrolę parametrów ekspozycji podczas pozycjonowania pacjenta - Możliwość montażu na kolumnie montażowej opisanej powyżej</p>	
16	Aparat do znieczulania	1	<p>1. Otwarta architektura aparatu pozwalająca na łatwą rozbudowę (np. nowe tryby wentylacji);</p>	

(Przeznaczony do znieczulenia ogólnego pacjentów w skomplikowanych zabiegach stomatologicznych.)	2. Napęd elektryczny respiratora, niewymagający gazów napędowych, zasilany awaryjnie z baterii wewnętrznych;	
	3. Możliwość prowadzenia wentylacji pacjenta powietrzem z otoczenia w sytuacjach awaryjnych;	
	4. Zasilanie akumulatorowe – minimum 45 minut;	
	5. Możliwość przeprowadzenia całego cyklu operacyjnego przy pomocy jednego urządzenia – wprowadzenie do znieczulenia, zabieg operacyjny, wyprowadzenie ze znieczulenia;	
	6. Wyposażenie aparatu w tryb wentylacji VCV, PCV, SIMV/PS;	
	7. Wyposażenie w duży, kolorowy ekran o przekątnej min. 6”;	
	8. Monitor funkcji życiowych z pomiarem parametrów życiowych pacjenta;	
	9. Możliwość tworzenia w połączeniu z monitorami oraz technologiami IT - sieci IT, dzięki której można mieć na bieżąco wgląd do wszystkich danych pacjenta – wyników laboratoryjnych, zdjęć i innych danych oraz parametrów życiowych;	
	10. Konstrukcja podstawy jezdnej z centralną blokadą kół ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie aparatu nawet w małych salach zabiegowych.;	
	11. Wyposażenie aparatu w niezbędne czujniki i akcesoria	

**Uwaga!**

**- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty, chyba że parametry proponowanych urządzeń są równoważne, z wymaganiami zamieszczonymi w powyższej specyfikacji.**

**Miejsce dostawy: Łódź, ul.Tymienieckiego 16**

.....  
miejsowość, data

.....  
(podpis z pieczętką imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

**Załącznik nr 3.1**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie**

nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Składając ofertę na :

**Dostawę i montaż wyposażenia stomatologicznego dla gabinetu stomatologicznego**

**Oświadczamy, że:**

- 1) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- 2) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
miejsowość, data

.....  
(podpis z pieczętką imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik nr 3.2

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

### o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Składając ofertę na :

#### Dostawę i montaż wyposażenia stomatologicznego dla gabinetu stomatologicznego

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 579 j.t.), który brzmi następująco:**

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

*przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*

- 8) *osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 9) *podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”*

.....  
miejsowość, data

.....  
(podpis z pieczętą imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )

**UMOWA Nr**

Zawarta w dniu ..... w Łęczycy

**pomiędzy:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TECHNODENT" Maria Kostusiak,  
ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczycza  
NIP: 775-106-44-35; REGON – 610145953

reprezentowanym przez:

**Marię Kostusiak - Właściciela**

zwanym dalej „Zamawiającym”

**a**

.....  
.....

reprezentowanym przez:

.....  
.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa i montaż wyposażenia stomatologicznego dla gabinetu stomatologicznego** zwanych dalej towarem - szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w ofercie złożonej przez Wykonawcę, która otwarta została dnia.....r. Oferta ta jest Załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
2. Przedmiot niniejszej umowy realizowany będzie zgodnie z Harmonogramem, sporządzonym przez strony w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram, jako integralna część umowy, będzie stanowił Załącznik nr 2 do umowy.
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie od 18.04.2011r. do 24.04.2011r.
4. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi u bezpośredniego odbiorcy, tj. w Klinice Dentystycznej Stomatologia na Księżym Młynie, mieszczącej się w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 16.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy:
  - a. jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

- b. posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;
  - c. spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE;
  - d. odpowiada wymaganiom – normom określonym w przedmiocie zamówienia, które zostały wymienione w Załączniku nr 2. do SIWZ.
  - e. nie jest obciążony jakimikolwiek ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowno-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim;
  - f. przekazany zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym, umożliwiającym normalne korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, obejmującym w szczególności wszelkie żądane przez Zamawiającego i wymienione w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy dokumenty dotyczące poszczególnych elementów towaru, instrukcje w języku polskim, jeżeli jest wymagana.
6. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy umożliwiono mu zapoznanie się ze wskazanym w § 1 ust. 4 miejscem realizacji przedmiotu umowy w celu zaplanowania prawidłowego jej wykonania. Dotyczy to w szczególności sposobu transportu towaru do odpowiednich pomieszczeń. W związku z powyższym, Wykonawca nie może w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy powoływać się na okoliczności dotyczące miejsca realizacji umowy, a uniemożliwiające mu prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności żądać na ich podstawie przedłużenia terminu realizacji umowy.
7. Jeśli będzie taka potrzeba, po zapoznaniu się z miejscem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu informację o dodatkowych wymaganiach dotyczących przygotowania pomieszczeń do montażu przedmiotu umowy, minimum na 30 dni przed terminem dostawy przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do spełnienia tych dodatkowych wymagań najpóźniej na dzień dostawy.
8. Na 7 dni przed planowanym terminem dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dostawie przedmiotu zamówienia.
9. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi do zmontowania i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy.
10. Montaż przedmiotu umowy obejmuje dostarczenie do miejsc instalacji, rozpakowanie, instalację wraz z podłączeniem do instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do użytku.
11. Strony zgodnie ustalają, iż wydanie towaru Zamawiającemu nastąpi wraz z chwilą podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w §2 ust.4. Z tą chwilą przechodzą na Zamawiającego związane z towarem korzyści i ciężary, a także niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

## § 2

1. Całkowita wartość przedmiotu niniejszej umowy, wskazanego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 niniejszej umowy, wynosi:

**Cena netto** ..... zł + VAT ....., co stanowi

**Cena brutto:** ..... zł

**słownie:** ..... zł

2. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 jest sumą kwot częściowych za poszczególne elementy będące częściami składowymi Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z poniższą tabelą.....
3. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie elementy realizacji umowy w szczególności: koszt samego towaru, koszt jego montażu, uruchomienia, opłatę gwarancyjną, koszt ubezpieczenia towaru na czas dostawy, koszt opakowania towaru, koszt dostawy towaru do bezpośredniego odbiorcy na miejsce wskazane w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, a także koszt przeprowadzenia u Zamawiającego szkolenia wskazanych osób w zakresie prawidłowego użytkowania towaru.
4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, określone w § 2 ust.1, płatne będzie w następujący sposób:
  - I rata, w wysokości .....%, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
  - II rata, w wysokości .....%, w terminie do 30 dni po całkowitej realizacji przedmiotu umowy potwierdzonej podpisanym Protokołem Odbioru Końcowego.
5. Strony mogą w Harmonogramie ustalić, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych. Warunki oraz zasady odbiorów częściowych, wzór protokołu odbiorów częściowych oraz rodzaj dokumentacji niezbędnej do ich dokonania strony określą w Harmonogramie.
6. W przypadku dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorów częściowych, wynagrodzenie określone w §2 ust.1 wypłacone będzie z uwzględnieniem wypłat dokonanych uprzednio na rzecz Wykonawcy z tytułu dokonanych odbiorów częściowych.

### § 3

1. Kwota, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy płatna będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej fakturze VAT.
2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi:
  - I rata - podpisanie niniejszej Umowy
  - II rata - podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminach określonych w **§ 2, ust. 4**

4. Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w płatności tylko w sytuacji, w której Zamawiający opóźnia się z zapłatą, przez co najmniej 14 dni, a także jedynie za okres przypadający po tych 14 dniach.

#### § 4

1. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do daty określonej w §1 ust.3, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o jakiej mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 14 dni lub niedotrzymaniu ustalonej jakości dostarczanych towarów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od upływu powyższego terminu opóźnienia albo od powzięcia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. W przypadku opóźnienia lub odmowy usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad, którego kosztami obciąży Wykonawcę, w tym dokonując ich potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o jakiej mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy (innego niż wskazane w § 4 ust. 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % kwoty brutto, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Naliczana w sposób określony w § 4 ust. 1, 4 i 5 oraz w § 5 ust.7 kara umowna może zostać potrącona z kwoty należnej Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie oraz w § 5 ust. 7 kar umownych.
8. Wszystkie kary umowne zastrzeżone w niniejszym paragrafie oraz w § 5 ust.7 są niezależne od siebie.
9. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

#### § 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o jakim mowa w §3 ust. 2. Gwarancja realizowana będzie w ramach autoryzowanego serwisu.
2. W ramach tak rozumianej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania, na swój wyłączny koszt, wszelkich wad powstałych bez winy użytkowników przedmiotu niniejszej umowy. Wady, które można zgłaszać Wykonawcy za pośrednictwem faxu, na nr tel.: ....., jak również za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: ....., będą usuwane przez niego niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 24 godzin od

momentu dokonanego zgłoszenia. W ciągu 24 godzin od momentu przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad, ma on obowiązek poinformowania Zamawiającego o prawdopodobnym czasie usuwania tych wad. Czas naprawy każdorazowo wydłuża okres gwarancji.

3. W okresie gwarancji serwis będzie świadczony przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
4. W ramach serwisu gwarancyjnego o jakim mowa w § 5 ust. 4 Wykonawca dokona co najmniej 2 przeglądów dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego towaru w terminie obowiązywania gwarancji. Terminy tych przeglądów Wykonawca ustali z Zamawiającym. Koszt materiałów eksploatacyjnych, które uległy naturalnemu zużyciu pokrywa Zamawiający.
5. W sytuacji, w której prawdopodobny czas usuwania wad, zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z postanowienia § 5 ust. 2 powyżej będzie przekraczał 14 dni liczonych od chwili dokonania zgłoszenia o wadzie (wadach), Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, na swój wyłączny koszt, dostarczy Zamawiającemu, a także zainstaluje i uruchomi u niego towar zastępczy, o parametrach zbliżonych, nie mniejszych niż parametry przedmiotu niniejszej umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w taki sposób, by towar ten mógł bezawaryjnie funkcjonować u Zamawiającego poczynając od 15 dnia od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie (wadach).
6. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę towaru zastępczego, zgodnie z postanowieniami § 5 ust.6, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
7. W sytuacji, w której przez okres gwarancyjny przedmiot niniejszej umowy, wskazany w §1 ust. 1, będzie naprawiany co najmniej 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwało żądanie wymiany przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy na nowy, wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zamiast towaru wadliwego, towar wolny od wad, albo dokona istotnych napraw towaru objętego gwarancją, termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo i liczony będzie od momentu dostarczenia towaru wolnego od wad albo zwrotu towaru naprawionego.
9. Niezależnie od postanowień powyższych, przez okres **10 lat** od upływu okresu gwarancyjnego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych i zużywalnych.

## § 6

1. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.3, o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
  - a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej
  - b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §1 ust.3, w szczególności gdy termin ten nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę

dotrzymany ze względu na przeszkody spowodowane pracami budowlanymi toczącymi się w miejscu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wykonywanymi na podstawie odrębnych umów przez innych Wykonawców

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 7

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca (Zamawiający) ma obowiązek skierować na piśmie swoje roszczenia do Zamawiającego (Wykonawcy), który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy (Zamawiającego) w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w §8 ust.1, sądem właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 9

1. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Załącznikiem nr 1 do umowy jest oferta, o jakiej mowa w§ 1ust. 1, załącznikiem nr 2 do umowy jest Harmonogram, o którym mowa w §1 ust.2

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**